

OXYMETRE DE POULS SPENGLER OXYSTART



Ref. 221051

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



02/04/2025 22:57:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

OXYMETRE DE POULS SPENGLER OXYSTART



Ref. 221051

Pour le controle ponctuel de la SpO2.

Description

HAUTE PRECISION DES MESURES

- Affichage de la courbe de plethysmographie
- Capteur haute sensibilité

FACILE D'UTILISATION ET PRATIQUE

- Compact et léger
- Mise en marche par simple pression sur l'interrupteur
- Arrêt automatique apres 5 secondes de non utilisation
- Rotation de l'affichage automatique
- Affichage simultane en moins de 10 sec. :
 - la saturation pulsee en oxygene (% SpO2),
 - la frequence cardiaque,
 - l'intensite du signal pulsatile (barre graphe),
 - la courbe de plethysmographie.
- Ecran TFT
- Temoin de batterie faible
- Affichage personnalisable : 6 modes d'affichage.
- 5 niveaux de luminosite

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

- Livre avec une dragonne, une housse et 2 piles AAA LR03

Existe en coloris myrtille.

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3700446025465	Code douanier	90181910
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	7	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	11	Unite emballee / Poids (kg)	0.13
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

02/04/2025 22:57:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr