

KIT LUXASCOPE AURIS LED 3.7V RECHARG., NOIR (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®

Ref. AF.426.114

CE



08/04/2025 21:59:47 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

KIT LUXASCOPE AURIS LED 3.7V RECHARG., NOIR (OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®**Ref. AF.426.114**

Set complet rechargeable pour un diagnostic de precision : Otoscope Auris LED 3.7V noir + Ophtalmoscope LuxaScope LED 3.7 V Noir

Description

Otoscope :

Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques),

pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limite.

- Aucune maintenance, car aucun changement d'ampoule necessaire
- Possibilite de faire varier l'intensite de la luminosite
- Arret automatique apres 3 minutes
- Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Temperature de couleur : environ 4 200 K
- Design de la tete optimise
- Loupe pivotante, grossissant 3 fois
- Orifice d'insufflation pour test pneumatique
- Manche compose de deux materiaux : aluminium et fibre de verre renforce, compatible avec la tete du dermatoscope et l'ophtalmoscope LED LuxaScope
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses
- Inclus 20 speculums jetables gris dont 10 de 2,5mm et 10 de 4.0mm

Ophtalmoscope :

Valeurs de correction : + 20 bis – 20 D (± 1 2 3 4 6 8 10 15 20 D)

- 5 filtres differents disponibles : grand spot, petit spot, filtre vert, demi-lune et reticule

- Eclairage : LED

- Possibilite de faire varier l'intensite de la luminosite pour eviter

l'eblouissement

- Arret automatique apres 3 minutes

- Duree de vie des LED : environ 50 000 heures avec un courant constant

- Temperature de couleur : environ 4 200 K

- Design optimise de la tete

- Manche compose de deux materiaux : aluminium et fibre de verre

renforce, compatible avec la tete d'otoscope et de dermatoscope

08/04/2025 21:59:47 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.
LuxaScope LED

GSH | 30 rue Jean de Guiramand

13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

KIT LUXASCOPE AURIS LED 3.7V
RECHARG., NOIR
(OTOSCOPE+OPHTALMOSCOPE)

LUXAMED®

Ref. AF.426.114

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381964506	Pays	Allemagne
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	45
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			


08/04/2025 21:59:47 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr