

SOLUTION DE CONTROLE POUR GLUCOMETRE JT 100 SPENGLER



Ref. GLU042

CE
0537



 07/08/2025 22:32:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SOLUTION DE CONTROLE POUR GLUCOMETRE JT 100 SPENGLER



Ref. GLU042

La solution de controle pour le glucometre JT100 Spengler

Description

Cette solution est a utiliser avec les bandelettes pour JT 100 Spengler et avec le lecteur de glycemie JT100 Spengler.

Elle permet de s'assurer que le lecteur JT100 fonctionne correctement et que l'utilisateur effectue un test dans les regles de l'art. C'est une solution aqueuse de glucose contenant de petites quantites de composants non reactifs et de colorant alimentaire.

Elle est a utiliser par exemple:

- Lors de la premiere utilisation du lecteur de glycemie
- Lors de l'ouverture d'une boite de bandelette
- Lorsque les tests ne correspondent pas a ce que ressent le patient.

Elle peut etre utilisee jusqu'a 6 mois apres ouverture du flacon.

Caracteristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Medical	DMDIV (diagnostic In Vitro)
Code barre	4719869705921	Code douanier	38220000
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	4	Unite emballee / Hauteur (cm)	2
Unite emballee / Longueur (cm)	7	Unite emballee / Poids (kg)	0.22
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
AUTRES CARACTERISTIQUES			

07/08/2025 22:32:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr