DIVAN D'EXAMEN, INOX, NOIR

Ref. OSA003_N







Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification. (Générée le 12/11/26)

SPENGLER MEDICAL | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | FRANCE
Tél : +33 (0)4 42 90 31 31 | Mail : conseil@spengler-med.fr | www.spengler-med.fr

DIVAN D'EXAMEN, INOX, NOIR

Ref. OSA003_N

DESCRIPTION

Système de montage rapide

- Structure en tube carré en acier inoxydable

- Têtière réglable avec crémaillère automatique haute résistance

- Charge maximum : 150 kg

- Têtière et siège rembourrés de mousse très haute densité (30 kg/m3), dont l'épaisseur est de 5 cm, recouverts de tissu plastifié lavable, ignifugé (classement de résistance au feu : M1)

- Porte rouleau amovible (pour rouleaux de 50 cm de large) positionnable à la tête ou aux pieds

- Existe en Noir, Gris ou Lavande

Inox ou Epoxy : quelle différence ?
Epoxy : le choix économique. L'acier est simplement recouvert d'une résine pour retarder sa corrosion.
Inox : c'est l'acier modifié pour devenir complètement INOXYDABLE, il ne rouille pas.

Et le saviez-vous ?
Aujourd'hui, plus de 90 % de l'inox est fabriqué à partir d'acier recyclé, c'est bien pour l'environnement !

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification. (Générée le 12/11/26)

DIVAN D'EXAMEN, INOX, NOIR

Ref. OSA003_N

CARACTÉRISTIQUES

Marquage CE	CE	Dispositif Médical	Classe I
Code Barre	3661040165844	Code Douanier	9402900000
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

Mesures

Unité emballée /Largeur (cm)	15	Unité nue /Largeur (cm)	63
Unité emballée /Longueur (cm)	190	Unité nue /Longueur (cm)	190
Unité emballée /Hauteur (cm)	68	Unité nue /Hauteur (cm)	70
Unité emballée /Poids (kg)	27,5	Unité nue /Poids (kg)	24,5

Conditions de Stockage Spécifiques

Température mini	Na	Humidité mini	Na
Température maxi	Na	Humidité maxi	Na

Autres Caractéristiques

Unité emballée /Quantité	1	Inox	Oui

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification. (Générée le 12/11/26)